



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  
от 07 сентября 2017 года № РЗН 2017/6200**

На медицинское изделие  
**Самораскрывающийся периферический стент EverFlex  
с системой доставки Entrust**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
**Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник"  
(ООО "Медтроник"), Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10**

Производитель  
**"ив3, Инк.", США,  
ev3, Inc., 4600 Nathan Lane North, Plymouth, MN, 55442, USA**

Место производства медицинского изделия  
**ev3 Inc., 4600 Nathan Lane North, Plymouth, MN, 55442, USA**

Номер регистрационного досье № РД-15008/82960 от 23.12.2016

Вид медицинского изделия 194510

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 07 сентября 2017 года № 7727  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0034368**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 сентября 2017 года № РЗН 2017/6200

Лист 1

На медицинское изделие

**Самораскрывающийся периферический стент EverFlex  
с системой доставки Entrust,**  
в вариантах исполнения:

1. Номинальный диаметр стента (мм): 5, 6, 7, 8.
2. Номинальная длина стента (мм): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150.

7

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0039626