

SELECTSITE

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управляемый проводниковый катетер для имплантации электрода модели SelectSecure 3830

УПРАВЛЯЕМЫЙ КАТЕТЕР

- Материал: полиэфир блок амид
- Внешний диаметр: 1.85 мм (5.6 Fr)

ПРОВОДНИК

- Материал: нержавеющая сталь
- Длина: 120 см
- Диаметр: 0.09 см (0.035")

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

- Материал: силикон
- Внутренний диаметр: 9 Fr (макс.)

РЕЗАК МОДЕЛЬ UNIVERSAL II

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Материал ручки: поликарбонат

ИГЛА:

- 18G (1.2 мм)

ШПРИЦ:

- 12 см³

МОДЕЛЬ	C304S59	C304L69	C304XL74
Описание	Управляемый		
Длина, см	30	40	45
Совместимые электроды	3830-59	3830-69	3830-74
Внутренний диаметр, мм (Fr)	1.9 (5.7)		
Внешний диаметр, мм (Fr)	2.8 (8.4)		

